

09.12.2022.

CERTIFIKAT ANALIZE

Zenby

Broj šarže: 0648-01A → 0318-01A

Datum proizvodnje: 11/2020

Broj analize: 37/2022

Datum analize: 08.12.2022.

Rezultati analize:

Parametri	Analitički podaci_37/2022
Isofetamid, % (34,51- 38,15)	36,73 %
Isofetamid, g/L (380 – 420)	404,53 g/L
Specifična težina, g/cm ³	1,1015 g/cm ³
Stabilnost suspenzije, 2,5 g/250 mL STV 342 ppm	100 %
pH _{1%}	7,38
pH _{5%}	7,51
pH direktni	7,43
Veličina čestica, mokro sijanje, 45µm	0,00 %

Napomena: Kvaliteta proizvoda - ODGOVARA

Služba kontrole kvalitete

Marina Kljaić, dipl.kem.ing.

